

Application Note: Calibration period of Haefely EMC Products

Haefely Test AG generally does not know for each user how often the test generator is used, what the devices under test are and what the requirements of the user's quality assurance system are. For this reason, Haefely Test AG cannot and must not specify a calibration period. Only our users know all the details, so they are responsible for specifying a suitable calibration period.

Based on the long experience of Haefely Test AG, a 1 to 2 year calibration period is recommended for test generators, when used in normal practice.

Application Note: Kalibrations-Intervall von Haefely EMC Produkten

Haefely Test AG kann nicht von jedem Anwender wissen, wie oft er ein Prüfgerät benutzt, welche Prüflinge er testet und was die Anforderungen des Qualitätssicherungs-Systems des Anwenders sind. Aus diesem Grunde kann und darf Haefely Test AG kein Kalibrations-Intervall festlegen. Nur der Anwender kennt alle Details und er ist verantwortlich dafür, dass ein angemessenes Kalibrations-Intervall festgelegt wird. Basierend auf der langjährigen Erfahrung von Haefely Test AG, ist bei üblichem Gebrauch der Prüfgeräte ein Kalibrations-Intervall von 1 bis 2 Jahren zu empfehlen.

Headquarters
Haefely Test AG
Lehenmattstrasse 353
CH-4052, Basel
Switzerland

☎ + 41 61 373 41 11
☎ + 41 61 373 45 99
✉ EMC-sales@haefely.com

Locate your local
sales representative at
www.haefelyEMC.com



North American Office
Hipotronics Inc.
Haefely EMC Division
1650 Route 22
Brewster, NY 10509

☎ ++1 845 279 3644 x264
☎ ++1 845 279 2467
✉ EMCsales@hubbell-haefely.com